

**C. Francisco Alejandro Osorio Cid**

**Wayne Fueling Systems LLC**

**Presente**

Con relación a la aprobación de modelo No. **CNM-AP-800-034/2023** emitida el **19 de junio de 2023** para el modelo de **Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min** marca **Wayne**, de conformidad con los requerimientos y especificaciones de la Norma Oficial Mexicana **NOM-005-SCFI-2017** "Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación", se le informa sobre la emisión de la siguiente fe de errata:

En la página 1 y 2 de 3 dice:

<b>Modelos de la familia:</b>	H(W/LU)33-33RV; H(W/LU)33-330RV; H(W/LU)33-330R; H(W/LU)33-33R; H(N/LU)11-11GR; H(N/LU)22-22RV; H(N/LU)22-22QRV; H(N/LU)22-22R; H(N/LU)22-220R; H(W/LU)22-22RV; H(W/LU)22-22R
<b>Informe de cumplimiento a NOM:</b>	CNM-IC-820-004/2023 y su fe de errata DAT.820.011.2023

Y debe decir:

<b>Modelos de la familia:</b>	H(W/LU)33-33RV; H(W/LU)33-330RV; H(W/LU)33-330R; H(W/LU)33-33R; H(N/LU)11-11GR; H(N/LU)22-22RV; H(N/LU)22-220RV; H(N/LU)22-22R; H(N/LU)22-220R; H(W/LU)22-22RV; H(W/LU)22-22R.
<b>Informe de cumplimiento a NOM:</b>	CNM-IC-820-004/2023 y sus fe de erratas DAT.820.011.2023 y DAT.820.013.2023

Esta fe de errata no cambia el resultado de la resolución de la aprobación de modelo con código CNM-AP-800-034/2023. Los cambios en la información que en ésta se relacionan puede deberse a precisiones o correcciones de tipo ortográfico o tipográfico en las características técnicas y específicas del instrumento para medir sujeto a control metrológico legal, en su identificación del modelo y sus familias, el nombre, la razón social o el domicilio del promovente de la aprobación de modelo, o en la información relevante del instrumento que se relaciona en de la aprobación de modelo.

La información que se precisa y cambia es la que se considera como definitiva para todos efectos legales y administrativos a que haya lugar de la aprobación de modelo.

Atentamente

N0032-31-35-1033540

César de Jesús Cajica Gómez

Director General de Servicios Tecnológicos

C.c.p expediente